

Naručilac: Dom zdravlja "Dimitrije-Dika Marenić"

Broj: 22

Datum: 04.09.2018.

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika za sprovođenje nabavke male vrijednosti ZU Dom zdravlja "Dimitrije-Dika Marenić", Danilovgrad broj: 42 od 23.08.2017. godine, ovlašćeno lice dostavlja

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI

I Podaci o naručiocu

Naručilac: Dom zdravlja "Dimitrije Dika Marenić"	Lice/a za davanje informacija: Čović Dragica
Adresa: I Bokeljske brigade bb	Poštanski broj: 81410
Sjedište: Danilovgrad	PIB: 02015862
Telefon: 020 811-575	Faks: 020 811 575
E-mail adresa: domzdravljadg@t- com.me	Internet stranica: www.domzdravljadg

II Predmet nabavke:

roba

III Opis predmeta nabavke:

Oprema za laboratorijski informacijski sistem.

IV Procijenjena vrijednost nabavke:

Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om 9100.00 €;

.TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE

R.B.	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Jedinica mjere	Količina
1.	Računar1	<p>Brand name računar minimalno sledećih ili boljih karakteristika:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Procesor Minimum 4 MB cache, 2 jezgra 4 niti 3.7Ghz • Hard disk minimum 500 GB • Optički drajv – da • Memorija - minimum 4 GB DDR4 2666 2 slota za memoriju • Mreža - gigabit Ethernet • Tastatura - USB, YU set karaktera, istog proizvođača kao Računar • Miš USB, istog proizvođača kao Računar • Portovi 1xVGA, minimum 4 x USB 3.1 (dva sa prednje strana) , 4 x USB 2.0 • Windows 10 Pro 64b preinstaliran • izlaz sa slusalice I mikrofona sa prednje strane • Interni zvučnik 2W • Napajanje Ne veće snage od 190 W • Kućište - SFF kućište • Garantni rok: Min. 1 godina garancije. 	Komad	7
2.	LED Monitor	<ul style="list-style-type: none"> • Veličina ekrana 19.5" • Rezolucija 1600 x 900 • Kontrast 600:1 • Pozadinsko osvetljenje LED • Odziv 5ms • VGA priključak • Garantni rok: Min. 1 godine proizvođačke garancije. 	Komad	8
3.	Računar2	<p>Brand name računar minimalno sledećih ili boljih karakteristika:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Procesor Minimum 4 MB cache, 2 jezgra 4 niti 3.7Ghz • Hard disk minimum 500 GB • Optički drajv – da • Memorija - minimum 4 GB DDR4 2666 2 slota za memoriju • Mreža - gigabit Ethernet X2 • Tastatura - USB, YU set karaktera, istog proizvođača kao Računar 	Komad	1

		<ul style="list-style-type: none"> • Miš USB, istog proizvođača kao Računar • Portovi 1xVGA, minimum 4 x USB 3.1 (dva sa prednje strana) , 4 x USB 2.0 • Windows 10 Pro 64b preinstaliran • izlaz sa slusalice i mikrofona sa prednje strane • Interni zvučnik 2W • Napajanje Ne veće snage od 190 W • Kućište - SFF kućište <p>Garantni rok: Min. 1 godina garancije.</p>		
4.	Termalni štampač klasifikovan za zdravstvene ustanove	<p>Termalni printer minimalno sledećih ili boljih karakteristika:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tehnologija štampe: direct thermal i thermal transfer • Rezolucija štampe: 203 dpi/8 dp mm • Brzina štampe-ispisa: 125mm/sec • Memorija: 4 MB Flash; 8 MB SDRAM • Podržavni programming jezici: EPL i ZPL • Podrška za auto kalibracioni mod: DA • Format papira-rolne: do 104mm • Podrška za štampu na narukvice: DA • Interfejs za povezivanje : Parallel, Serial,USB, i podrška za Ethernet - 10/100 internal (opciono) • Dimenzije: maksimalno do (195x195x260 mm) • Štampač mora biti uskladjen sa standardom IEC 60601-1 za medicinsku opremu. • Napajanje uređaja: 240V AC, 50/60 Hz – interno napajanje bez dodatnog adaptera • Podrška za rad sa Microsoft® Windows® Operativnim sistemima • Podrška za korisničke fontove sa mogućnošću štampe logotipa. • Podrška za Barkod jezike: Codabar, Code 11 (ZPL), Code128, Code 39, Code 93, Code 93, EAN-13, EAN-8, • Uz štampač je neophodno isporučiti: kabl za napajanje, USB kabl, Uputstvo za upotrebu kao i CD sa drajverima 	Komad	3
5.	Mrežni RS232 na Ethernet interfejs	<p>Nabavka mrežnog RS232 na Ethernet interfejsa minimalno sledećih ili boljih karakteristika:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Podrška za serijske portove tipa : RS-232, RS-422, or RS-485 • Podržani mod rada: TCP Server, TCP Client, UDP, Ethernet Modem • Ulazna konekcija: RJ45 	Komad	3

		<ul style="list-style-type: none"> • Napajanje: od 9 do 30V DC • Zastita 15 kV ESD na svim serijskim signalima • Podržani Operativni sistemi i dražveri dostupni za platforme: Windows i Linux <p>Adapter mora imati statusne diode sa notifikacijom režima rada</p>		
6.	Laboratorijske naljepnice za epruvete kompatibilne sa ponuđenim Termalnim štampačem	<p>Naljepnica za epruvete minimalnih karakteristika:</p> <p>Original od proizvođača opreme-štampanac ili ekvivalent</p> <ul style="list-style-type: none"> • Naljepnice na rolni H40 predviđene za Thermal Transfer tehnologiju štampe • Dimezija: 51mmx25mm (2x1") • Količina : 2580 komada na rolni • Tip papira- samoljepljivi matte papir • Završni sloj- Trajni-permanent • Težina: 80 g/m2 po standardu ISO 536 • Latex free • BP Free 	Komplet	70
7.	Potrošni materijal za Termalni štampač - Ribon	<p>Ribon minimalno sledećih karakteristika:</p> <p>Original od proizvođača opreme-štampanca ili ekvivalent</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tip ribona: WAX Standard • Boja: Crna • Dimenzija: 64mm x 74m • Materijal: Poliester • Debljina nanosa filma: 4.5 mikrona • Ukupna debljina ribona: 8 mikrona <p>Ribon mora biti uskladjen sa sledećim zahtjevima:</p> <ul style="list-style-type: none"> • European Food Directive 1935/2004/EC • Halogen free • Latex free • BP Free • Podržana brzina štampe: 304mm/sec (12ips) 	Komplet	70
8.	Switch	<ul style="list-style-type: none"> • 8 portova • 10/100 Mbps 	Komad	2
9.	Monohromatski laserski A4 štampač	<p>Monohromatski laserski štampač minimalnih karakteristika</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tehnologija štampe: Laserska • Brzina Štampe (str/min): Minimum 40 ili veće • Vrijeme do štampe prve strane (s) :6,5 ili manje 	Komad	1

		<ul style="list-style-type: none">• Obim štampe (str/mjesečno) : 100.000• Displej: dvolinijski crnobijeli displej• CPU (MHz) : 1000 MHz• Kvalitet štampe (dpi) : 1200x1200• Standardni ulaz papira: 250+100• Dupleks (automatski) : Da• Memorija (MB) : 512MB• Jezik komunikacije: PCL5e, PCL6,PS3,XPS, AirPrint, PPDS, direct image• Povezivanje: USB 2.0, Gigabit Network• Toner isporučen uz uređaj: Minimalno 3.000• Podržan toner većeg kapaciteta: Minimalno 20.000• Garancija: minimum 1 godina		
--	--	---	--	--



VI Način plaćanja

Rok plaćanja je: 30 dana od dana dostavljanja fakture, nakon izvršene isporuke robe;

Način plaćanja je: virmanski.

VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge:

a) Rok isporuke robe 30 dana, od dana potpisivanja ugovora.

b) Mjesto izvršenja ugovora je ZU Dom zdravlja „Dimitrije Dika Marenić“, Danilovgrad

VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

najniža ponuđena cijena

broj bodova

IX Rok i način dostavljanja ponuda

Ponude se predaju radnim danima od 08 do 14 sati, od 04.09.2018. godine zaključno sa 10.09.2018. godine do 09 sati.

Ponude se mogu predati:

neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi: **I Bolkeljske brigade bb.**

Danilovgrad

preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi: **I Bokeljske brigade bb. Danilovgrad**

X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka

4 dana od poslednjeg dana za dostavljanje ponuda, tj. od 10.09.2018. godine

XI Druge informacije

Zainteresovani ponuđač ispunjenost uslova iz člana 65 Zakona o javnim nabavkama (Sl.list CG br: 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) može dokazati pisanom izjavom datom pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću koja je data u prilogu zahtjeva

Ponuda se dostavlja u odgovarajućem zatvorenom omotu (koverat, paket i sl.) na način da se prilikom otvaranja ponude može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara. Na omotu ponude navodi se: ponuda, broj Zahtjeva, naziv i sjedište naručioca, naziv, sjedište odnosno ime i adresa ponuđača i tekst: "Ne otvaraj prije otvaranja ponuda".

Službenik za javne nabavke

Čović Dragica



Ovlašćeno lice naručioca

Mr sci. dr. Dejan Mandić

U skladu sa Odredbama Zakona o javnim nabavkama Crne Gore („Sl.list CG“ br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Člana 7 stav 6 Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavke male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/17), dajemo sljedeću;

IZJAVU

Pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujemo da uslove iz Člana 65 Zakona o javnim nabavkama CG u potpunosti ispunjavamo.

Ova izjava je sastavni dio dokumentacije predmeta javne nabavke tj. zahtjeva za dostavljanje ponuda.

Potpis ovlašćenog lica

Datum i mjesto potpisivanja

MP